

## Messung der Niederschlagsmenge bei niedriger Temperatur

1. Der komplette Behälter wird zum Auftauen neben einen Heizkörper gestellt, z.B. im Kopierraum.
2. Zum Auffangen des Niederschlags wird während dieser Zeit der Deckel des Behälters umgekehrt auf die Halterung gelegt. Der Deckel befindet sich in der Wetterstation.
3. Nach etwa 2 Stunden kann die Messung durchgeführt werden. Danach wird der Behälter wieder in die Halterung gestellt und der Inhalt des Deckels in den Behälter gegossen.